

別表

地震等災害発生時の施設点検項目

点 検 項 目	点 検 事 項
1 使用施設 (1) 実験室・暗室・測定室 (2) 汚染検査室・更衣室 (3) 出入管理システム	壁の剥離，天井・床の破損はないか フード・グローブボックスの破損はないか 放射性物質による著しい汚染はないか 壁の剥離，天井・床の破損はないか 洗浄設備は正常に作動するか 測定機器は正常に作動するか 正常に作動するか
2 貯蔵施設 貯蔵庫	扉は正常に機能するか 壁の剥離，天井・床の破損はないか 貯蔵容器や遮蔽物に破損はないか 放射性物質による著しい汚染はないか
3 廃棄施設 (1) 廃棄物貯蔵庫 (2) 排水設備 (3) 排気設備 (4) 焼却施設・汚染検査室	扉は正常に機能するか 壁の剥離，天井・床の破損はないか 保管廃棄容器や遮蔽物に破損はないか 放射性物質による著しい汚染はないか 貯留槽・希釈槽からの排水の漏えいはないか ポンプ・バルブは正常に作動するか 排気管・排気塔に破損はないか 排気設備は正常に機能するか 扉は正常に機能するか 壁の剥離，天井・床の破損はないか 焼却炉に異常はないか 放射性物質による著しい汚染はないか
4 管理区域	柵，扉は正常か 管理区域外への放射性物質の漏えいはないか
5 標識	標識は破損していないか