

別表

地震等災害発生時の施設点検項目

点 検 項 目	点 検 事 項
<p>1 使用施設</p> <p>(1) 実験室・暗室・測定室</p> <p>(2) 汚染検査室・更衣室</p> <p>(3) 出入管理システム</p>	<p>壁の剥離，天井・床の破損はないか</p> <p>フード・グローブボックスの破損はないか</p> <p>放射性物質による著しい汚染はないか</p> <p>壁の剥離，天井・床の破損はないか</p> <p>洗浄設備は正常に作動するか</p> <p>測定機器は正常に作動するか</p> <p>正常に作動するか</p>
<p>2 貯蔵施設</p> <p>貯蔵庫</p>	<p>扉は正常に機能するか</p> <p>壁の剥離，天井・床の破損はないか</p> <p>貯蔵容器や遮蔽物に破損はないか</p> <p>放射性物質による著しい汚染はないか</p>
<p>3 廃棄施設</p> <p>(1) 廃棄物貯蔵庫</p> <p>(2) 排水設備</p> <p>(3) 排気設備</p> <p>(4) 焼却施設・汚染検査室</p>	<p>扉は正常に機能するか</p> <p>壁の剥離，天井・床の破損はないか</p> <p>保管廃棄容器や遮蔽物に破損はないか</p> <p>放射性物質による著しい汚染はないか</p> <p>貯留槽・希釈槽からの排水の漏えいはないか</p> <p>ポンプ・バルブは正常に作動するか</p> <p>排気管・排気塔に破損はないか</p> <p>排気設備は正常に機能するか</p> <p>扉は正常に機能するか</p> <p>壁の剥離，天井・床の破損はないか</p> <p>焼却炉に異常はないか</p> <p>放射性物質による著しい汚染はないか</p>
<p>4 管理区域</p>	<p>柵，扉は正常か</p> <p>管理区域外への放射性物質の漏えいはないか</p>
<p>5 標識</p>	<p>標識は破損していないか</p>